ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

DE.C.30.001.A № 47895

Срок действия до 22 августа 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Манометры показывающие F+R100, F+R150, F+R152, F+R200, F+R201, F+R250, F+R260, M1, M3A, M3B, MP1

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Watts Industries Deutschland GmbH", Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **51007-12**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МИ 2124-90

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **3 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **22 августа 2012 г. № 596**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства Ф.В.Булыгин

"11" сентября 2012 г.

Серия СИ № 006229

Срок действия до 04 июля 2022 г.

Продлен приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **04 июля 2017 г. № 1449**

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С. Голубев

" 14 " 07 2017 г.