Тензорезистивный преобразователь давления

Тип ОТ-1

П А С П О Р Т №
23313/03/03/17.1

1. Общие сведения

1.1. Преобразователь давления тип **ОТ-1** выпускается по документации фирмы-изготовителя - Типовой лист ТУ РЕ 81.42.
1.2. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 39674-08 (Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 34121 от 23.12.2013 г).
1.3. Изготовитель: фирма "ВИКА Александер Виганд СЕ и Ко. КГ", Германия, 63911, г. Клингенберг-на-Майне, тел. (9372) 132-0, факс (9372) 132-414.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Диапазон измерений:	0…10 бар
2.2. Погрешность:	1,0% от предела измерений
2.3. Класс защиты:	IP 67
2.4. Выходной сигнал:	4...20мА, 2-х проводный
2.5. Питание:	8...36 В пост.
2.6. Присоединение давления:	G1/4A DIN 3852-E, 4-20 mA, 2-х пров., IP67 + электр.разъем M12x1 с ответной частью под L-разъем
2.7. Допустимое давление перегрузки:	32 бар
2.8. Давление разрушения сенсора:	100 бар
2.9. Размер под ключ, мм:	22
2.10. Температура измеряемой среды:	-40....+125 °C
2.11. Масса, кг:	0,07

3. Комплектность

(Партия датчиков, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.)

Наименование	*Кол-во*	*Примечание*
1. Прибор	2	№№ приборов:
2. Паспорт	1	**4029327**
		4029305

4. Свидетельство о приемке

4.1. Прибор соответствует требованиям ТУ РЕ 81.42 и признан годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления по ИСО 9001.

Отметка торгующей организации:

03.03.2017 _____

"ВИКА МЕРА" Aktiengesellschaft "WIKA MERA" для документов

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.
5.2. Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи.