



давления



Тип ОТ-1

LE

ПАСПОРТ №

23313/03/03/17.1

1. Общие сведения

1.1. Преобразователь давления тип **OT-1** выпускается по документации фирмы-изготовителя - Типовой лист ТУ PE 81.42.

1.2. Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № 39674-08 (Свидетельство об утверждении типа средств измерений № 34121 от 23.12.2013 г).

1.1.3. Изготовитель: фирма "ВИКА Александр Виганд SE и Ко. KG", Германия, 63911, г. Клингенберг-на-Майне, тел. (9372) 132-0, факс (9372) 132-414.

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Диапазон измерений:

0...10 бар

2.2. Погрешность:

1,0% от предела измерений

2.3. Класс защиты:

IP 67

2.4. Выходной сигнал: 4...20мА, 2-х проводный

4...20mA, 2-x

2.5. Питание:

8...36 В пост.

2.6. Присоединение давления:

G1/4A DIN 3852-E, 4-20 mA, 2-х пров.,

IP67 + электр.разъем M12x1 с

ответной частью под L-разъем

2.7. Допустимое давление

32 бар

2.8. Давление разрушения

100 баp

2.9. Размер под ключ, мм:

22

2.10. Температура измеряемой

-40...+125 °C

среды:

2.11. Macca, кг:

0.07

3. Комплектность

(Партия датчиков, поставляемых на один адрес, комплектуется одним паспортом.)

Наименование	Кол-во	Примечание
1. Прибор	2	№№ приборов: 4029327 4029305
2. Паспорт	1	

4. Свидетельство о приеме

4.1. Прибор соответствует требованиям ТУ РЭ 81.42 и признан годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления по ИСО 9001.

Отметка торгующей организации:

03.03.2017



5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие датчика требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

5.2. Гарантийный срок - 24 месяца со дня продажи.